

Sanok, dnia 17.07.2020 r.

Znak postępowania: **GKI.271.14.2020**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa”.

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 16.07.2020 r.

Pytanie nr 1

Zamawiający w odpowiedziach z dnia 15.07 odpowiedział iż łóżko z pozycji nr 14 „Łóżko dwusegmentowe” pomimo iż opis tak nie wskazywał wymaga łóżka z leżem dwuczęściowym. Nie zmieniając pozostałego opisu łóżka powoduje to iż rozstrzygnięcie przetargu jest obarczone wadą, gdyż takich łóżek nie ma na rynku. Czy zamawiający dopuści łóżko pierwotnie opisane w specyfikacji, wiedząc iż w danym łóżku można blokować funkcje regulacji poszczególnych sekcji łóżka i jeśli zostaną zablokowane części udowa i podnóżka to będziemy mieli łóżko o funkcji dwusegmentowej.

W pozycji nr 13 łóżko rehabilitacyjne zamawiający prawdopodobnie posiłkował się opisem łóżka Royal firmy Burmeier. Łóżko to nie jest już produkowane. Czy zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne innego producenta, które nie ma funkcji autoregresji, a spełnia pozostałe wymagania. Funkcja ta jest typowa dla łóżek szpitalnych. Łóżka do opieki długoterminowej nie posiadają takiej funkcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści łóżko pierwotnie opisane w specyfikacji

Pytanie nr 2

Dotyczy pozycji 13. Łóżko rehabilitacyjne – 10szt.

Po zapoznaniu się ze specyfikacją techniczną nie mamy wątpliwości, że jedynym spełniającym wskazane parametry łóżkiem jest model: ROYAL producenta: BURMEIER – z przyjemnością zaoferowalibyśmy je w postępowaniu, ale po konsultacji z producentem uzyskaliśmy informację, że powyższy model został wycofany z produkcji i nie jest już dostępny. Czy w związku z powyższym, celem umożliwienia złożenia oferty, Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżka z dopuszczalnym obciążeniem 185kg?.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmawiający dopuści łóżka o obciążeniem w przedziale od 185 do 215 kg jednocześnie zmieniając zapisy w pozycji 13 Załącznika Nr 1 do SIWZ - OPZ.

Pytanie nr 3

Czy w związku z wycofaniem z produkcji łóżka ROYAL producenta BURMEIER Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko tego samego producenta o parametrach:

- Powierzchnia leża (wymiary materaca): 90× 200cm
- Wymiary zewnętrzne łóżka: 102 x 218
- Bezpieczne obciążenie robocze: 185kg
- Elektrycznie regulowana wysokość (od - do) 40 - 80cm
- Ręczne awaryjne obniżenie oparcia pleców
- Leże 4-segmentowe dzielone (część pleców oraz nóg sterowane elektrycznie),
- Możliwość uniesienia części podudzia (mechanizm zapadkowy)
- Opuszczane barierki zabezpieczone przed przypadkowym opuszczeniem
- Części metalowe łóżka pokryte lakierem proszkowym,
- Obicia boczne oraz barierki drewnopodobne
- Leże łóżka wykonane z lamelki drewnianych odpornych na działanie środków dezynfekujących,
- Wszystkie funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota
- Pozycja anty-Trendelenburga?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmawiający dopuści łóżka spełniające parametry w zmienionej pozycji nr 13 Załącznika Nr 1 do SIWZ - OPZ.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 2, Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji Załącznika Nr 1 do SIWZ - OPZ, tym samym:

w pozycji nr 13 Załącznika Nr 1 do SIWZ - OPZ przed zmianą jest:

Łóżko rehabilitacyjne : wysokość leża regulowana elektrycznie za pomocą siłowników w przedziale od 40 do 80 cm. Leże czterokrotnie dzielone, część pleców oraz nóg sterowana elektrycznie. Możliwość uniesienia części podudzia (mechanizm zapadkowy). Opuszczane barierki zabezpieczone przed przypadkowym opuszczeniem. Części metalowe łóżka pokryte lakierem proszkowym, obicia boczne oraz barierki drewnopodobne, leże: lamelki drewniane odporne na działanie środków dezynfekujących, leże czterosegmentowe, wszystkie funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota, funkcja antytrendelenburga, funkcja autokonturu segmentów oparcia pleców i ud, funkcja autoredresji oparcia pleców i ud, dodatkowa funkcja unoszenia nóg za pomocą zapadek, indywidualna blokada funkcji pilota za pomocą kluczyka, cztery koła antystatyczne, z blokadą, wysięgnik z trójkątem.

Dane techniczne:

- Wysokość: od 40 cm do 80 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 225 kg
- Wymiary zewnętrzne: 101 cm x 224 cm
- Wymiary leża: 90 cm x 200 cm

- 10 szt.

w pozycji nr 13 Załącznika Nr 1 do SIWZ - OPZ po zmianie jest:

Łóżko rehabilitacyjne : wysokość leża regulowana elektrycznie w przedziale od 40 do 80 cm. Leże czterosegmentowe dzielone, część pleców oraz nóg sterowana elektrycznie. Możliwość uniesienia części podudzia (mechanizm zapadkowy). Opuszczane barierki zabezpieczone przed przypadkowym opuszczeniem. Części metalowe łóżka pokryte lakierem proszkowym, obicia boczne oraz barierki drewnopodobne, leże: lamelki drewniane odporne na działanie środków dezynfekujących, wszystkie funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota, funkcja antytrendelburga, cztery koła antystatyczne, z blokadą, wysięgnik z trójkątem.

Dane techniczne:

- Wysokość: od 40 cm do 80 cm
- Obciążenie: od 185 kg do 225 kg
- Wymiary zewnętrzne łóżka : szerokość od 98 do 103 cm x długość od 210 do 224 cm
- Wymiary leża (materaca): 90 cm x 200 cm

D. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ odnośnie terminów, określonych w rozdziale 13 i 14 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 13 pkt 13.6 SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:

- a) Nazwa i adres Wykonawcy;
- b) **Gmina Sanok,**
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok ,
- c) OFERTA - **„Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa” -
Znak sprawy: GKI.271.14.2020.**
- d) Nie otwierać przed dniem **20 lipca 2020 r. do godz. 10:30.**

w rozdziale 13 pkt 13.6 SIWZ po zmianie jest:

Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:

- a) Nazwa i adres Wykonawcy;
- b) **Gmina Sanok,**
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok ,
- c) OFERTA - **„Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa” -
Znak sprawy: GKI.271.14.2020.**
- d) Nie otwierać przed dniem **23 lipca 2020 r. do godz. 10:30.**

w rozdziale 14 pkt 14.1 SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 20 lipca 2020 r. do godz. 10:00** w siedzibie:

**Urzędu Gminy Sanok,
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok ,
Sekretariat (pok. nr 201).**

w rozdziale 14 pkt 14.1 SIWZ **po zmianie jest:**

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 23 lipca 2020 r. do godz. 10:00** w siedzibie:

**Urzędu Gminy Sanok,
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok ,
Sekretariat (pok. nr 201).**

w rozdziale 14 pkt 14.4 SIWZ **przed zmianą jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20 lipca 2020 r. r. o godz. 10:30** w siedzibie:

**Urzędu Gminy Sanok,
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok ,
III piętro, sala narad (pok. nr 302).**

w rozdziale 14 pkt 14.4 SIWZ **po zmianie jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23 lipca 2020 r. r. o godz. 10:30** w siedzibie:

**Urzędu Gminy Sanok,
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok ,
III piętro, sala narad (pok. nr 302).**

E. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 559454-N-2020 z dnia 2020-07-08 r w sekcji:

- **IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.**

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY SANOK

mgr Anna Hałas

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)