

Znak postępowania: **GKI.271.27.2020**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **„Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa”.**

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 18.09.2020 r.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści blat wykonany z tworzywa ABS, które jest odporne na uderzenia i środki chemiczne. To tworzywo jest stosowane przez większość producentów i ze względu na wykonanie pełnego odlewu nie posiada na swojej powierzchni szczelin gdzie mogłyby się gromadzić drobnoustroje.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści wózek medyczny opatrunkowo-zabiegowy (pozycja 28 Załącznika nr 1 do SIWZ) którego blat wykonany jest z tworzywa ABS.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści wózek zabiegowy o wysokości do 1000 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ podał parametry minimalne, w związku z tym dopuszcza wózek zabiegowy o wysokości do 1000 mm.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści wózek o nośności szuflad 10 kg i całkowitej nośności wózka 50 kg.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 4

Dotyczy pozycji 14. Łóżko szpitalne dwusegmentowe – 32szt.

Po zapoznaniu się ze specyfikacją techniczną w zakresie pozycji nr 14 oraz z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego z dnia 17-09-2020r. w tym zakresie, stwierdzamy, że opis zawiera błędy uniemożliwiające złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający w nagłówku pozycji 14 oraz udzielonych w dniu 17-09-2020r. odpowiedziach wymaga łóżka 2-segmentowego, co wyklucza wymaganą regulację segmentu udowego i łydkowego, a także możliwość uzyskania pozycji siedzącej. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści łóżko 4-segmentowe posiadające regulację segmentu udowego i łydkowego, a także możliwość uzyskania pozycji siedzącej o parametrach:

- szerokość całkowita 1050mm,

- długość całkowita 2140mm,
- wymiary leża 2020x890mm
- regulacja wysokości 400 – 800mm
- regulacja segmentu pleców w zakresie 0°-70°
- regulacja segmentu uda w zakresie 0°-30°
- kąt przechyłu Trendelenburga 0 – 12°
- kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 12°

?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający ujednotolica zapisy dotyczące wymagań technicznych łóżka z pozycji nr 14 Załącznika nr 1 do SIWZ w ten sposób, że zmienia się opis łóżka na czterosegmentowe.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 1, 3, 4, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje stosownej modyfikacji Załącznika Nr 1 do SIWZ - OPZ, projektu umowy i formularza ofertowego, a mianowicie:

w pozycji nr 14 Załącznika Nr 1 do SIWZ - OPZ przed zmianą jest:

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z zabudowanymi panelami od strony głowy i nóg (z zabudowanymi siłownikami w całości), płynna regulacja wysokości leża za pomocą pilota, regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota, regulacja części udowej podnóżka na pilota, manualna regulacja części łydkowej podnóżka, regulacja wysokości od strony głowy (pozycja siedząca) – antytrendelenburg, wysięgnik i barierki, metalowe leże, obudowa wykonana z drzewa bukowego, regulacja w zakresie 40 cm – 80 cm, szer. całkowita max 103cm, max. obciążenie: 175 kg - 32 szt.

w pozycji nr 14 Załącznika Nr 1 do SIWZ - OPZ po zmianie jest:

Łóżko szpitalne czterosegmentowe z zabudowanymi panelami od strony głowy i nóg (z zabudowanymi siłownikami w całości), płynna regulacja wysokości leża za pomocą pilota, regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota, regulacja części udowej podnóżka na pilota, manualna regulacja części łydkowej podnóżka, regulacja wysokości od strony głowy (pozycja siedząca) – antytrendelenburg, wysięgnik i barierki, metalowe leże, obudowa wykonana z drzewa bukowego, regulacja w zakresie 40 cm – 80 cm, szer. całkowita max 103cm, max. obciążenie: 175 kg - 32 szt.

w pozycji nr 28 Załącznika Nr 1 do SIWZ - OPZ przed zmianą jest:

Wózek medyczny opatrunkowo-zabiegowy szer. 650*gl. 475*wys. 900mm - 1 szt.
 Konstrukcja wózka zabiegowo-opatrunkowego oparta na czterech aluminiowych kolumnach lub konstrukcji skrzyniowej wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

- min. 1 uchwyt do przetaczania wózka
- górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej (bez band i pogłębienia w przypadku wyposażenia w trzy uchwyty do przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka lub z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości od 40 mm do 60 mm w przypadku wyposażenia w jeden uchwyt do przetaczania wózka)
- płyta tylna i boczne: wykonane z aluminium lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
- fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminium lakierowanego proszkowo lub ze stali

ocynkowanej malowanej proszkowo

- uchwyty szuflad wykonane z ABS lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub z anodowanego aluminium
- szuflady: min 4 szt.
- wszystkie szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków
- maksymalna nośność szuflady 50 kg
- całkowita ładowność wózka 200kg.
- druciany kosz na akcesoria
- odporność na korozję i łatwe czyszczenie
- centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek umieszczony z prawej strony wózka)
- 4 cichobieżne kółka (o średnicy min. $\Phi 100\text{mm}$) z min. 2 kółkami z blokadą jazdy.

w pozycji nr 28 Załącznika Nr 1 do SIWZ - OPZ po zmianie jest:

Wózek medyczny opatrunkowo-zabiegowy szer. 650*gl. 475*wys. 900mm - 1 szt.

Konstrukcja wózka zabiegowo-opatrunkowego oparta na czterech aluminiowych kolumnach lub konstrukcji skrzyniowej wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

- min. 1 uchwyt do przetaczania wózka
- górny blat roboczy wykonany z tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej (bez band i pogłębienia w przypadku wyposażenia w trzy uchwyty do przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka lub z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości od 40 mm do 60 mm w przypadku wyposażenia w jeden uchwyt do przetaczania wózka)
- płyta tylnia i boczne: wykonane z aluminium lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
- fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminium lakierowanego proszkowo lub ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
- uchwyty szuflad wykonane z ABS lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub z anodowanego aluminium
- szuflady: min 4 szt.
- wszystkie szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków
- nośność szuflady min. 9 kg
- całkowita ładowność wózka min. 50 kg.
- druciany kosz na akcesoria
- odporność na korozję i łatwe czyszczenie
- centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek umieszczony z prawej strony wózka)
- 4 cichobieżne kółka (o średnicy min. $\Phi 100\text{mm}$) z min. 2 kółkami z blokadą jazdy.

w § 1 ust. 2 pkt 14 projektu umowy Załącznika Nr 2 do SIWZ - OPZ przed zmianą jest:

Łóżko szpitalne dwusegmentowe: 32 szt.,

w § 1 ust. 2 pkt 14 projektu umowy Załącznika Nr 2 do SIWZ - OPZ po zmianie jest:

Łóżko szpitalne czterosegmentowe: 32 szt.,

D. Ponadto, Zamawiający dokonuje atosownej korekty Formularza ofertowego (Załącznik nr 3 do SIWZ). Zmiany zostały naniesione na ujednolicony załącznik kolorem czerwonym.

E. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia, tym samym:

w rozdziale 13 pkt. 13.16, lit d) SIWZ przed zmianą jest:

Nie otwierać przed dniem 23 września 2020 r. do godz. 10:30.

w rozdziale 13 pkt. 13.16, lit d) po zmianie jest:

Nie otwierać przed dniem 25 września 2020 r. do godz. 10:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia 23 września 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

Urzędu Gminy Sanok,
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok ,
Sekretariat (pok. nr 201).

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia 25 września 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

Urzędu Gminy Sanok,
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok ,
Sekretariat (pok. nr 201).

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie:

Urzędu Gminy Sanok,
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok ,
III piętro, sala narad (pok. nr 302).

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie:

Urzędu Gminy Sanok,
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok ,
III piętro, sala narad (pok. nr 302).

- F. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 584064-N-2020 z dnia 2020-09-11 r. oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540179002-N-2020 z dnia 2020-09-17

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 21.09.2020 r.

- G. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY SANOK

mgr Anna Hałas

(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)